



受理编号: 1035-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	指示声级调整测量过程		被测参数要求(含公差)	分贝: 114dB 允许误差 0.3dB	
被测参数要求识别依据文件			校准标准/规范: KSL-620, KSL-63X	声级计	
计量要求导出方法(可另附)	规范要求: 测量要求 = 计量要求 = 1kHz, 114dB. $\Delta = 0.3dB$				
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	声级计/5007776	CEL120/1	1kHz, 114dB, 1级	2021051-20 -3546348001	2021.9.18
计量验证记录	在 114dB 时声级计误差的绝对值(dB)为 0.0. 1级时, 允差为 0.4dB. 计量要求为 0.3dB. 满足要求, 验证正确				
验证结论:	☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)				
验证人员签字: 江恒健.	验证日期: 2021 年 9 月 20 日				
审核记录:	1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 是 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 是 5. 测量设备验证是否正确? 正确				
审核员签名: 张明华.					
企业代表签字: 陈云	审核日期: 2022 年 9 月 16 日				