



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1035-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称 科赛乐科技(上海)有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	倍频发生器	149338	DS360	10 Hz ~ 200 kHz 0.1% (K=2)	频率计 ±0.5%	上海市质监局	2021.9.22	√
	多声道声压计	2810354	4226	1.0% (K=2)	10 Hz ~ 20 kHz	上海市质监局	2021.10.19	√
	声级计	3340382	CEL-620A1	25~114 dB 1/3 倍频	电声标准声源 10 Hz ~ 20 kHz	上海市质监局	2021.9.18	√
	声级计	3007776	CEL-120/2	94 dB/140 dB 1/3 倍频	" "	" "	" "	√
	秒表	01	TF 307	0.01 s	时间计量仪 1 ms ~ 3600 s	上海市质监局	2021.9.14	√
	数字电压表	098227039	VC60B+	1 mV ~ 0.1 V ±10% (10 Hz)	标准电压源 10 ⁻² ~ 10 ² V	上海市质监局	2021.11.8	√
	数显式温度计	39524478	testo 622	-10 ~ +60 °C ±1% (100%)	标准温度源 -40 ~ 180 °C	" "	2021.9.18	√
	万用表				(10 ~ 98) % RH			

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)
以上所列设备均符合要求, 对有效期在9月20日未到期证书, 但有送检凭证, 上海市质监局: 8115550
上海市质监局: No: 10002381. 于2022.9.13日送检。

审核日期: 2022年 9月 16日 ~ 9月 17日

审核员签字: 张明平

部门代表签字: 陈之

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。