



编号: 0592-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称   | 青海云天化国际化肥有限公司 |                        |                  |          |                             |                                    |            |            |
|--------|---------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 部门     | 测量设备名称        | 测量设备编号                 | 型号规格             | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数               | 检定/校准机构                            | 检定/校准日期    | 符合打√ 不符合打× |
| 氮肥产品部  | 气体涡轮流量计       | 20200497               | MTTM-50 AZ       | 1.5 级    | 临界流喷嘴气体流量计 $U=0.33\%$ $k=2$ | 西宁中油久安燃气设备有限公司<br>计量检定中心<br>检验检测中心 | 2022.7.28  | √          |
| 氮肥产品部  | 气体涡轮流量计       | 20200499               | MTTM-80 AZ       | 1.5 级    | 临界流喷嘴气体流量计 $U=0.33\%$ $k=2$ | 西宁中油久安燃气设备有限公司<br>计量检定中心<br>检验检测中心 | 2022.7.21  | √          |
| 氮肥产品部  | 气体罗茨流量计       | 0081911029<br>60566    | GZ-G100-DN80-V-A | 1.5 级    | 临界流喷嘴气体流量计 $U=0.3\%$ $k=2$  | 青海省计量检定测试所                         | 2021.9.26  | √          |
| 氮肥产品部  | 压力表           | 210915110              | (0-10) MPa       | 1.6 级    | 精密压力表标准装置 0.25 级            | 青海云天化国际化肥有限公司                      | 2022.5.25  | √          |
| 氮肥产品部  | 压力表           | 210915111              | (0-10) MPa       | 1.6 级    | 精密压力表标准装置 0.25 级            | 青海云天化国际化肥有限公司                      | 2022.5.25  | √          |
| 氮肥产品部  | 压力表           | B2201AZM00             | (0-6) MPa        | 1.6 级    | 精密压力表标准装置 0.25 级            | 青海云天化国际化肥有限公司                      | 2022.5.25  |            |
| 复合肥产品部 | 定量包装秤         | CE09002NP<br>K-WCLAM-B | LCS-50-DL        | III级     | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级          | 青海标检计量检测有限公司                       | 2021.11.18 | √          |
| 复合肥产品部 | 定量包装秤         | CE12043-W<br>CLBT-B    | LCS-50-DL        | III级     | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级          | 青海标检计量检测有限公司                       | 2021.11.18 | √          |
| 设备管理中心 | 定量包装秤         | 034                    | LCS-50-DL        | III级     | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级          | 青海标检计量检测有限公司                       | 2021.11.18 | √          |
| 设备管理中心 | 定量包装秤         | 072                    | LCS-50-DL        | III级     | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级          | 青海标检计量检测有限公司                       | 2021.11.18 | √          |
| 设备管理中心 | 定量包装秤         | 0158                   | LCS-50-DL        | III级     | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级          | 青海标检计量检测有限公司                       | 2021.11.18 | √          |



|        |       |                    |              |                  |                    |              |            |   |
|--------|-------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------|---|
| 设备管理中心 | 定量包装秤 | 017                | LCS-50-DL    | III级             | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级 | 青海标检计量检测有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 设备管理中心 | 定量包装秤 | 060                | LCS-50-DL    | III级             | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级 | 青海标检计量检测有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 设备管理中心 | 定量包装秤 | 0263               | LCS-50-DL    | III级             | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级 | 青海标检计量检测有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 设备管理中心 | 定量包装秤 | CE0900NPK-WCLAM-A  | LCS-50-DL    | III级             | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级 | 青海标检计量检测有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 设备管理中心 | 定量包装秤 | CE09003NPK-WCLAM-B | LCS-50-DL    | III级             | 重力式自动装料衡器检定装置 M1 级 | 青海标检计量检测有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 设备管理中心 | 精密压力表 | 20118211           | (-0.1~0) MPa | 0.25 级           | 0.05 级活塞式压力计标准装置   | 青海省计量检定测试所   | 2021.9.18  | √ |
| 设备管理中心 | 压力模块  | 10480609           | 700P06       | 0.05 级           | 气体活塞式压力计 0.01 级    | 西安航天计量测试研究所  | 2022.5.13  | √ |
| 设备管理中心 | 温湿度表  | 002                | /            | U=2.6R<br>H% k=2 | 数字室标准干湿表二等         | 青海省气象环境专业计量站 | 2021.10.18 | √ |
| 生产管理部  | 电子天平  | 1230310587         | AL104        | 0.0001g          | 砝码 E2 级            | 深圳华量校准有限公司   | 2022.6.24  | √ |

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司建立 2 项企业最高计量标准，测量设备由设备管理中心负责溯源。公司测量设备委托青海省计量检定测试所、青海标检计量检测有限公司、青海省气象环境专业计量站、西安航天计量测试研究所、西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心、深圳华量校准有限公司等 6 个机构检定/校准，检定/校准证书由设备管理中心及相关使用部门保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 6 日上午~9 月 8 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。