



测量设备溯源抽查表

编号: 0189-2020-2022

企业名称		北京瑞拓江南自控设备有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质保部	金属分析仪	12119	I-5000	$U=0.04\%$ ($k=2$)	铬不锈钢光谱分析用系列标准物质: $U=0.0002\%$ ($k=2$)	天津中恒检测技术有限公司	2022、07、12	√
质保部	直读光谱仪	DA12N15 B0234	M5000	$U=0.002\%$ ($k=2$)	光谱分析控制用校正标准物质 (纯铁): $U=0.0001\sim 0.002$ ($k=2$) 铬、铝合金光谱分析用标准物质: $U=0.0002\%$ ($k=2$)	天津中恒检测技术有限公司	2021、11、4	√
质保部	洛氏硬度仪	1856	HR-150A	$U=0.9\text{HRC}\%$ ($k=2$)	洛氏硬度块 47.6/63.5/25.8(HRC) : $U=0.3\text{cmHRC}\%$ ($k=2$)	天津中恒检测技术有限公司	2022、04、20	√
质保部	涂层测厚仪	0209638 9	AR932	$U=5\mu\text{m}$ ($K=2$)	标准厚度片 /(11.7~999) μm : $U=0.3\mu\text{m}$ ($K=2$)	天津中恒检测技术有限公司	2022、04、20	√
质保部	压力表	AK07396 59	(0-40)MPa	$U=0.3\text{FS}$ ($k=2$)	数字压力表 0.05 级	天津中恒检测技术有限公司	2022、08、29	√
质保部	多用磁粉探伤仪	191023	CDX-111	$U_{rel}=5\%$ ($k=2$)	超声波探伤仪检定装置 (0.5% ± 0.02) dB	安正计量检测有限公司	2021、11、4	√
质保部	数显卡尺	2105016 0	(0~300) mm	$U=0.02\text{mm}$ ($k=2$)	量块 (0.5~100) mm: 三等 量块: (10~291.8) mm 四等、刀口形直尺	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2022、01、20	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托天津中恒检测技术有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期: 2022 年 9 月 28 日~29 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

李.风行