



测量设备溯源抽查表

编号: 0197-2020-2022

企业名称 北京合康科技发展有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
综合管理中心	涂层测厚仪	JL-QT-150	EC-770	$U=4.0 (k=2)$	标准厚度片 A 级	广电计量检测(北京)有限公司	2022. 02. 18	√
综合管理中心	压力表	2005081065	(0~1.6) MPa	1.6 级	0.25 级数字压力计标准装置	广电计量检测(海南)有限公司	2022、07、25	√
综合管理中心	秒表	JL-QT-130	WDD-101	$U=0.03(k=2)$ 日差: $U=0.06(k=2)$	秒表检定仪: 准确度: $\leq 5E-8$, 开机特性: $\leq 3E-8$	广电计量检测(北京)有限公司	2022. 04. 17	√
综合管理中心	螺纹环规	A41-01	M40×(2-6) g	螺纹环规作用中径: T: $U=4\text{mm} (k=2)$ Z: $U=4\text{mm} (k=2)$	螺纹综合测量机: $U=(3.0+L/200)\mu\text{m} (K=2)$	广电计量检测(北京)有限公司	2022. 04. 20	√
综合管理中心	外径千分尺	JL-CH-101	(25-50) mm	$U=1.2\mu\text{m} (k=2)$	4 等量块	广电计量检测(北京)有限公司	2022、08、15	√
综合管理中心	数显卡尺	17107260	(0~150)mm	$U=0.01\text{mm} (k=2)$	38 块组量块: 3 等 卡尺量块: 5 等 数显千分尺: $MPE \pm 2\mu\text{m}$ 刀口尺: $MPE \leq 1.0\mu\text{m}$	广电计量检测(北京)有限公司	2022、01、14	√
综合管理中心	测斜仪校验台	JL-YQ-002	32H360	方位角: 示值误差 $< \pm 0.33^\circ$ 井斜角: 示值误差 $< \pm 0.033^\circ$ 高边工具面角: 示值误差 $< \pm 0.33^\circ$	激光跟踪仪: A 级	北京东方计量测试研究所	2022、03、16	√



审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由综合管理中心负责溯源。公司测量设备全部委托广电计量检测(北京)有限公司、北京东方计量测试研究所等机构检定/校准, 校准/检定证书由综合管理中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 09 月 19 日~09 月 20 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

毛晴

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。