



测量设备溯源抽查表

编号: 0354-2021-2022

企业名称	上海宝鸟服饰有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	钢直尺	BN-001	1000 mm	±0.02%	三等标准金属线纹尺	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022/3/7	√
品管部	钢直尺	BN-001	2000 mm	±0.02%	三等标准金属线纹尺	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022/3/7	√
品管部	管形测力计	583549	25N	2 级 FS	力值专业砝码 $U=0.8\%FS$ K=2	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022/3/8	√
品管部	压力表	21-1001096	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力标准装置 0.4 级	上海市松江区计量质量检测所	2022/3/28	√
品管部	压力表	21-1001707	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力标准装置 0.4 级	上海市松江区计量质量检测所	2020/12/21	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准项, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心、上海市松江区计量质量检测所、等机构检定/校准, 校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 9 日

审核员签字:

胡琳

部门代表签字:

柯建秀

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。