



测量设备溯源抽查表

编号: 0183-2020-2022

企业名称	福建碧海源信息科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发部	万用表	2-02	UA925N	DCU: $U_{rel}=0.06\%$; ACU: $U_{rel}=0.14\%$; DCI: $U_{rel}=0.12\%$; ACI: $U_{rel}=0.13\%$; OHM: $U_{rel}=0.06\%$; ($k=2$)	多功能校准器: DCV: $\pm 0.0012\%$; DCA: $\pm 0.01\%$; ACV: $\pm 0.012\%$; ACA: $\pm 0.06\%$	广东精衡检测科技有限公司	2022.07.20	√
研发部	氨氮在线分析仪	2-01	(0~800)	$U_{rel}=0.3\%$ $k=2$	水中氨氮溶液标准物质: 二级	广东精衡检测科技有限公司	2022.09.11	√
研发部	游标卡尺	2-04	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块 1 级	广东精衡检测科技有限公司	2022.07.20	√
研发部	接地电阻仪	2-05	AC-17	电阻: ± 0.70 $U_{rel}=1.0\%$ $k=2$	标准电阻: 0.01 级	广东精衡检测科技有限公司	2022.09.18	√
研发部	COD 在线分析仪	2-08	LGH-01F	$U=2\%FS, k=2$	电子天平: 1 级	广东精衡检测科技有限公司	2022.08.06	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托广东精衡检测科技有限公司校准, 校准证书由综合部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 24 日上午~10 月 24 日下午

审核员签字:

刘自胜

部门代表签字:

陈正瑞