



编号: 0183-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	福建碧海源信息科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 研发部		陪同人员: 陈琴瑞	
不符合事实描述: 查《测量设备台账》中有型号规格 101-0, 编号 Z-06 的“电热恒温干燥箱”, 现场未提供出该设备, 经确认已随机安装, 属于账物不符。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>陈琴瑞</u> 企业部门代表(签名) <u>陈文瑞</u> 日期: 2022 年 10 月 24 日			
纠正措施: 立即将该设备的实际信息, 登记的《测量设备台账》做到账物相符举一反三, 进行检查整改 企业部门代表签名: <u>陈文瑞</u> 审核员签名: <u>刘东胜</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>郭永成</u> 日期: 日期: 2022 年 10 月 24 日			

可另附页