

电子万能试验机期间核查记录表

设备名称	电子万能试验机			设备型号	UTM4104	
设备编号	L-F526			核查日期	2022.7.15	
核查人	张磊	温 度	23.1℃	湿 度	50%	
1. 试验机试验速度与横梁位移核查						
试验速度	核查速度时的速度 (mm/min)			试验速度均值 (mm/min)	误差值(mm/min)	误差%
50	49.9	50	50	50	0	0
判断标准 (1-10) mm/min 时为±20%、 (20-500) mm/min 时为±10% 合格, 否则不合格。						
结 论 合格						
2. 试验力示值的核查						
试验力 N	测力仪的读数 N			测力仪的读数均值 N	误差值 N	误差%
98	98.2	98.2	98.2	98.2	+0.2	0.2
判断标准 误差(%)= (误差值 / 试验力) × 100% ≤ 1% 时合格, 否则不合格。						
结 论 合格						
3. 其他项目的核查						
序号	项目				判断	结论
1	上、下夹具和试样钳口的中心线与试验机的施力轴线是否在同一直线				✓	合格
2	横梁、夹具、活塞等移动到极限位置时, 安全装置是否自动停机				✓	合格
3	引伸计变形量是否有滞后、跳动、是否与位移量重合。				✓	合格
检查最终结果					☒ 合格 ☐ 不合格	
审 核 人	张磊	日 期			2022 年 7 月 15 日	
批 准 人	张磊	日 期			2022 年 07 月 15 日	

编号: RKFB207B.15.01

生效日期: 2014年12月01日