

测量过程有效性确认表

表格编号：RJC-0220425001

测量过程名称	拉伸性能测试		测量过程编号	001-FX		
使用部门/地点	分析测试中心		控制程度	■ 高度 □ 一般		
控制点	拉伸性能		工艺要求/产品标准	KFB302分. 24-2014拉伸性能测试规范		
测量设备	名称/编号	万能试验机/L-F526				
	计量确认状态	确认合格				
测量过程有效性确认						
确认内容	测量过程的计量要求		测量过程实际控制情况			
测量程序	制定相应的标准规范		KFB302分. 24-2014拉伸性能测试规范			
环境条件	温度（23±2）℃，湿度（50±5）%R.H		温度23.5℃，湿度48.2%R.H			
操作技能要求	授权使用		人员经过授权			
测量不确定度	U允≤3MPa		评定结果1.4MPa			
过程有效性确认结论	测量不确定度小于允许不确定度，过程要素受控，过程有效					
测量过程监视						
监视方法	按质量监控计划开展核查					
监视过程简述	期间核查、盲样测试等，根据质量监控记录过程受控					
结论	■ 合格 □ 有缺陷 □ 不合格					
确认/日期： 刘瑶 2022. 4. 25			批准/日期： 李卫领 2022. 4. 25			

说明：本记录由测量过程所在部门检测人员填写，一式两份，一份存档，一份交品质部。保存期限为2年。