



项目编号: 0957-2021-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东华特智慧科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发中心	数字万用表	097731381	VC890D	MPE: $\pm 0.2\text{mA}$	数字多用表检定装置: MPE= $\pm 0.05\%$	山东省计量科学研究院	2021.10.18	√
研发中心	接地电阻测试仪	08018	CC2520	MPE(A): ± 1.50	接地电阻表检定装置: 0.05 级	山东省计量科学研究院	2021.11.11	√
研发中心	耐电压测试仪	04097	CC2672B	MPE (mA): ± 5.00	耐电压测试仪检定装置: MPE:AC: $\pm 1.0\%$ MPE:DC: $\pm 0.5\%$	山东省计量科学研究院	2021.11.15	√
生产部	游标卡尺	K3211348	(0-300)mm	MPE: $\pm 0.04\text{mm}$	卡尺量具检定装置: 量块: 3 等、4 等	山东省计量科学研究院	2022.6.2	√
研发中心	示波器	C011675	TDS1012C-EDU	U=2mA k=2	示波器检定装置: MPE= $\pm (0.025\%+25\mu\text{V}/U_X)$	山东省计量科学研究院	2022.5.27	√
研发中心	电子秒表	BND20160901-01	E7-211	MP:E $\pm 0.6\text{ms}$	电子秒表、机械秒表 MPE= $\pm (2\times 10^{-7}\times \text{输出时间} + 0.003)\text{s}$	山东省计量科学研究院	2021.11.09	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理程序》(HTZH/CL-CX14-2021)、《外部供方管理程序》(HTZH/CL-CX12-2021)、《溯源管理程序》(HTZH/CL-CX17-2021), 测量设备由研发中心负责溯源。公司测量设备全部委托山东省计量科学研究院检定校准, 证书由研发中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 09 月 17 日上午-2022 年 09 月 17 日下午

审核员签字:

韩永平

部门代表签字:

王月亮