



编号: 0957-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	山东华特智慧科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	研发中心	陪同人员:	李原
不符合事实描述: 抽查校准服务供应商“山东省计量科学研究院”的评价记录。未见到实验室认可、计量校准机构授权等资质证书, 不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>韩永岭</u> 陪同人员(签名) <u>李原</u> 企业部门代表(签名) <u>王月亮</u> 日期: 2022、09、17			
纠正措施: 1、对校准服务供应商“山东省计量科学研究院”的相应资质进行收集, 并纳入合格服务供方管理; 2、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>王月亮</u> 审核员签名: <u>韩永岭</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>韩永岭</u> 日期: 2022、09、17			

可另附页