



受理编号: 0637-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	半成品瓷砖光泽度检测过程	被测参数要求(含公差)	(60±10) GU		
被测参数要求识别依据文件		半成品检验过程控制程序			
计量要求导出方法(可另附) 1. 工艺要求: 被测瓷砖光泽度要求为 (60±10) GU 2. 测量过程计量要求: 测量过程测量范围: (30-90) GU $U_{允} \leq T/3 = 3.3 \text{ GU}$ 3. 测量设备计量要求: 测量设备测量范围: 0-100GU 测量设备 $MPEV = 1/2U = 1.6 \text{ GU}$					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书 编号	校准/检定日期
	光泽度计/6007117	WGG60-E4	(0-120) GU, +1.1GU	NLG22080004	2022.8.8
计量验证记录: 测量设备经过外部校准, 测量范围满足计量要求, 示值误差小于计量要求的最大允差, 满足计量要求, 验证合格。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 沈泳超 验证日期: 2022年9月30日					
审核记录: 按产品要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度和设备准确度等级的导出方法正确, 测量设备已进行检定, 验证合格, 满足计量要求。 审核员签名: 杨冰水 企业代表签字: 审核日期: 2022年10月10日					