



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0637-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东金雅陶陶瓷有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	压力表	14	(0-1) MPa	4 级	活塞式压力计 0.05 级	佛山质计	20220803	√
生产部	钢卷尺	001	(0~2) m	II 级	钢卷尺检定台 $U_{rel}=0.4\%$ ($k=2$) 标准钢卷尺 MPE: $\pm$ ($0.03\text{mm}+3\times 10^{-5}L$)	佛山质计	20220802	√
质检部	电子数显卡尺	22405	(0~150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	岩石平板 1 级 量块 5 等、4 等 2 级 电子数显千分尺 MPE: $\pm 2\mu\text{m}$ 刀口尺 MPE: $1.0\mu\text{m}$	佛山质计	20220819	√
质检部	游标卡尺	2112199	(0~100) mm	$\pm 0.07\text{mm}$	岩石平板 1 级 量块 5 等、4 等 2 级 电子数显千分尺 MPE: $\pm 2\mu\text{m}$ 刀口尺 MPE: $1.0\mu\text{m}$	佛山质计	20220819	√
质检部	光泽度计	6007117	WGG60-E4	$\pm 3.0\text{GU}$	镜向光泽度板 $U=1.5\text{GU}$ ($k=2$)	佛山质计	20220808	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，测量设备检定证书由设备所在部门保存，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 10 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。