



测量设备溯源抽查表

编号: 0173-2020-2022

企业名称	郑州市天宝包装装璜实业公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	温湿度计	8829	——	温度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 湿度: $U=2\%\text{RH}$, $k=2$	温湿度检定箱 $U=0.05^{\circ}\text{C}$, $k=2$; $U=0.5\%\text{RH}$, $k=2$	广东六零二计量检测有限公司	2022.8.15	√
技术中心	电子分析天平	TP10228	QD-3025	$U=0.03\text{g}$, $k=2$	砝码 F1 级	广东六零二计量检测有限公司	2022.8.15	√
技术中心	微电脑程控抗压强度仪	KY10163	QD-3001A	$U_{\text{rel}}=0.4\%$ $K=2$	标准测力仪 0.03 级	广东中准检测有限公司	2022.8.15	√
技术中心	电脑测控纸板戳穿强度仪	CC10069	QD-3007	$U=0.03\%$ $K=2$	冲击试验标准样品 $U_{\text{rel}}=1.7\%$, $k=2$ 数显卡尺 MPE: $\pm 0.03\text{mm}$	广东中准检测有限公司	2022.8.15	√
生产部	电接点压力表	HY68510834 480	(0-1.6)MPa	$U=0.4\%\text{FS}$, $k=2$	数字压力校验仪 $U=0.026\%\text{FS}$, $k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.8.29	√
生产部	电接点压力表	HY69591646 577	(0-1.6)MPa	$U=0.4\%\text{FS}$, $k=2$	数字压力校验仪 $U=0.026\%\text{FS}$, $k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.8.29	√
技术中心	电脑纸箱纸板综合测试仪	ZH10045	QD-3000	$U_{\text{rel}}=0.4\%\text{FS}$, $k=2$	标准测力仪 0.03 级 精密压力表 0.4 级	广东中准检测有限公司	2022.8.15	√
生产部	钢卷尺	11532	GW-266-5 (0-5) m	$U=0.1\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺 $U=5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L$, $k=2$	广东六零二计量检测有限公司	2022.8.15	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送广东中准检测有限公司、广东六零二计量检测有限公司、方圆检测认证有限公司等单位校准/检定, 校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理, 校准/检定证书由技术中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 09 月 16 日

审核员签字:

杨松

部门代表签字:

陈素媛

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。