



测量设备溯源抽查表

编号：0050-2019-2022

企业名称	咸阳同辉锻铸有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	深度游标卡尺	180400829	(0-300) mm	$U=0.02\text{mm}$ ($k=2$)	量块 4 等	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
生产部	数显调节仪	1200345	XMT-101	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	温度校准器 RTD: $U=0.1^{\circ}\text{C}$ ($k=2$) TC: $U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
生产部	廉金属热电偶	TH-RD0-03	WRN-12	$U=1.7^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	标准铂铑 10-铂热电阻二等 标准铂电阻温度计二等	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
生产部	双金属温度计	2002317	WSS (0-100) $^{\circ}\text{C}$	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	标准铂电阻温度计二等	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
技检部	电子布氏硬度计	H103992	HB-3000ET	$U_{\text{rel}}=1.0\text{HBW}$ $k=2$	标准布氏硬度块 $U_{\text{rel}}=0.5\%$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
技检部	金相显微镜	1009124	——	$U_{\text{rel}}=1.5\%$ ($k=2$)	玻璃线纹尺 $U=1.0\mu\text{m}$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
技检部	温湿度表	WSDB-001	STH130C	温度: $U=0.5^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 湿度: $U=2\%\text{RH}$, $k=2$	精密冷镜式露点仪 $U=0.29^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 标准铂电阻温度计二等	东莞市帝恩检测有限公司	2022.3.29	√
技检部	洛氏硬度计	HR-150A 型	H104995	$U=0.8\text{HR}$ ($k=2$)	标准洛氏硬度块组; 均匀度: 0.2HR	广东中准检测有限公司	2022.4.11	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技检部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、广东中准检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由技检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2022 年 09 月 17 日

审核员签字：

董祥

部门代表签字：

谷红波

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。