



编号: 0050-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	咸阳同辉锻铸有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技检部		陪同人员: 刘功哲	
不符合事实描述: 抽查技检部编号 19098618, (0-1.6)MPa 压力表计量确认记录, 未能提供。不符合 7.1.4 计量确认过程记录的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录的要求</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>冷松</u> 陪同人员(签名) <u>刘功哲</u> 企业部门代表(签名) <u>马明文</u> 日期: 2022. 9. 17			
纠正措施: 1. 对编号 19098618, (0-1.6)MPa 压力表, 补计量确认记录。 2. 对其他的计量表, 举一反三, 检查计量确认记录, 保证无遗漏。 企业部门代表签名: <u>马明文</u> 审核员签名: <u>冷松</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意验证关闭 审核组代表签名: <u>冷松</u> 日期: <u>2022. 9. 18</u>			

可另附页

计量确认记录表

序号: 2022-4-10

名称	压力表	编号	DN22035508005D
量程	(0-1.6) MPa	制造厂	上海正宝压力表厂
级别	2.5级	出厂编号	19098618
检定/校准日期		2022年3月29日	
计量要求		2.5级	
确认结论		符合2.5级 合格	
确认人		[Signature]	
确认日期		2022.4.10	
审核人/日期		[Signature] 2022.4.10	