



编号: 1070-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏氟美斯环保节能新材料有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产 06 车间		陪同人员: 刘昌友	
不符合事实描述: 抽查生产 06 车间加厚耐磨尺带, 型号 5 米, 品牌: 商特, 主要用来控制滤布料的生产宽度, 为重要生产控制指标。该测量设备未能提供送检证书。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√____; 审核员(签名) 刘昌友 陪同人员(签名) 刘昌友 企业部门代表(签名) 孙瑞瑞 日期: 2022 年 9 月 19 日			
纠正措施: 立即组织管理人员核对加厚耐磨尺带使用状况及时完成送检, 并查找同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: 孙瑞瑞 审核员签名: 刘昌友			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: 刘昌友 日期: 2022 年 9 月 20 日			

可另附页

