



测量设备溯源抽查表

企业名称 江苏丰鑫源环保集团有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	卷尺	FXY-002	5m	$U=0.01m$ $m+1 \times 10^{-5}$, $L, k=2$	标准钢卷尺 (0-5) m	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022年9月14日	√
生产部	电子强力机	FXY-004	DWM-1KN	0.3 级	标准测力仪 (0.1~1) kN	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022年9月14日	√
生产部	直尺	FXY-001	30cm	三等	三等标准金属线纹尺 (0-1) m	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022年9月14日	√
生产部	电子天平	FXY-003	JOS-21022C	F1 等级	标准砝码 1mg~500g 砝码 (1-5) kg	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022年9月14日	√
生产部	透气量仪	FXY-006	YG(L)461E	0.05 级	数字压力表 (-5~5) kPa	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022年9月14日	√
生产部	布料高温检测仪	FXY-005	YG101	$U=0.1^{\circ}C$ $K=2$	数据采集器 (-200~1700) $^{\circ}C$	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022年9月14日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备的计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由江苏丰鑫源环保集团有限公司综合部负责溯源。公司测量设备全部委托方溯认证检测研究院(深圳)有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由企业综合部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年9月21日~9月22日

审核员签字:

张红梅

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

