



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	滤料滤料断裂伸长率		企业部门		生产部	
被测参数 要求	参数 M	滤料滤料断裂 伸长率 $\leq 21\%$	测量过程计量要求		最大允许误差	7%
	公差 T	21%			允许不确定度	2.3%
	其他要求				其他要求	
测量过程要素控制状况						
过程要素		计量特性			是否满足 计量要求	
测量设备名称	测量范围	校准不确定度	示值误差	其他计量特性	满足	
1.电子强力机	(0 ~ 1000) N	$U_{ref}=0.4\%$; $k=2$	$\pm 1.0\%$			
2.						
3.						
测量过程控制规范编号	滤料断裂伸长率测量过程控制规范 FXY-GF-202201				满足	
测量方法编号	GB/T 6719-2009《袋式除尘器技术要求》				满足	
环境条件	(23 $\pm$ 5)℃, 不得有影响惯性的震动				满足	
操作人员姓名	李素兰 经培训上岗				满足	
测量不确定度评定方法	见附件 1 测量不确定度评定报告				满足	
有效性确认方法	见附件 3 测量过程有效性确认记录				满足	
测量过程监视方法、 监视记录, 控制图绘制	见附件 2 测量过程监视统计记录及控制图				满足	
综合评价	1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如, 测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4. 测量过程有效性确认方法正确, 满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内, 测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2022 年 9 月 22 日

审核员:

刘品友

企业部门代表:

