



编号: 1071-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	盐城市正扬钢绳有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	千分尺	3170967	(0-25)mm	5 等	量块 (5.12-100) mm	江苏华质检测技术有限公司	2021.10.20	√
生技部	电子平台秤	/	TCS-2	F2 级 F2 级 M1 级	砝码 1-10kg 砝码 1-2kg 砝码 25kg	阜宁县综合检验检测中心	2021.10.22	√
生技部	电子汽车衡	/	SCS-10	F2 级 M11 级 M1 级	砝码 1-10kg 砝码 1t 砝码 25kg	阜宁县综合检验检测中心	2021.10.22	√
质检部	数显游标卡尺	DD13611	(0-200) mm	5 等	量块 (10-291.8) mm	江苏华质检测技术有限公司	2021.10.20	√
质检部	均质钢丝绳疲劳寿命试验机	20191115 15255	GD-1525P	0.1 级	数显式标准测力仪 CFBLS-50000N	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.23	√
质检部	万能材料试验机	/	TH-1	0.1 级	标准测力仪 (5-50) KN	江苏华质检测技术有限公司	2021.10.20	√
质检部	线材扭转试验机	003	CX-3	0.1 级 日差: 0.5s	数显式标准测力仪 CFBLS-50000N 电子秒表 801	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021.10.23	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备的计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由盐城市正扬钢绳有限公司质检部负责溯源。公司测量设备全部委托阜宁县综合检验检测中心江苏华质检测技术有限公司中国航发南方工业有限公司计量实验室等 4 家机构检定/校准, 校准/检定证书由企业质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 23 日~9 月 24 日

审核员签字: 张红梅

部门代表签字: 何建伟

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

