



编号: 1072-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏鑫鸿运滤料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	称重显示控制器	1901080164	XK3190-A12+E	M1 等级 F2 等级	锁式铸铁砝码 5kg、10kg、20kg、25kg (5kg~4500kg) 标准增砣砝码 5mg~2000g	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.5.10	√
质检部	卡尺	/	(0~150)mm	5 等	量块(10~291.8)mm	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2022.5.10	√

审核综合意见:

:(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告,进行评价,说明理由)

公司已制定《测量设备的计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由江苏鑫鸿运滤料有限公司质检部负责溯源。公司测量设备全部委托方溯认证检测研究院(深圳)有限公司机构检定/校准,校准/检定证书由企业质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 25 日~9 月 26 日

审核员签字: 张红梅

部门代表签字: 祁国娟

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

