



测量设备溯源抽查表

编号: 0196-2020-2022

企业名称	金湖县支点石油科技有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	布氏硬度计	0013	HB-3000B	2%HB	标准布氏硬度块 $U_{rel}=1.0\%$, ($k=2$)	江西西平计量检测有限公司	2021.06.04 (检定周期 24 月)	√
质量部	带表游标卡尺	ZD-T103	(0~150) mm	± 0.03 (mm)	量块 4 等, 刀口型直尺 (0 级)	江苏鼎盛检测中心有限公司	2022.10.8	√
质量部	内径百分表	ZD-015	(35~50) mm	$l=4\text{mm}$ $k=2$	光栅式指示表检定仪 $MPE \leq 2.8 \mu\text{m}$ ($k=2$)	江苏鼎盛检测中心有限公司	2022.10.08	√
质量部	外径千分尺	ZD-D-001	(0~25) mm	$l=2.0 \mu\text{m}$ ($k=2$)	量块 5 等、数显量仪测力计 1 级	江苏鼎盛检测中心有限公司	2021.10.08 (检定周期 24 月)	√
生产部	外螺纹螺距量规	6149	WRW	$l=6 \mu\text{m}$ ($k=2$)	螺纹综合校验仪 $l=1 \mu\text{m}$ ($k=2$)	江苏大公计量校准技术有限公司	2021.10.15 (检定周期 24 月)	√
质量部	磁粉探伤仪	01182964	CDX-III (A)	$l=1.8\%$ ($k=2$)	磁粉探伤仪检定装置 $l=0.06\text{dB}/10\text{dB}$ ($k=2$)	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2021.6.4 (检定周期 24 月)	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西西平计量检测有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 17 日~10 月 18 日

审核员签字:

耿丽珍

部门代表签字:

唐金宝

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。