



编号: 0643-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	国家智能制造装备产品质量监督检验中心 (浙江)							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
综合部	数显卡尺	1904166	(0-200) mm	$\pm 0.01\text{mm}$	卡尺量具检定装置: 5 等	宁波市计量测试研究院	2022.04.18	√
检验部	电子台称	1810131890	SCS-200 kg	$\pm 0.075\text{kg}$	砝码: M_1 等级	中国赛宝实验室计量检测中心	2022.03.29	√
检验部	便携式风速仪	1904174	DT-8897	$U=0.40$ ($k=2$)	风洞: 风场均匀性, 风场稳定性 $< 2\%$	中国赛宝实验室计量检测中心	2022.04.18	√
检验部	自行车码表	19041600-2	MS-603	$U_{rel}=0.5\%$ $k=2$	高精度转速表校准装置: $U_{rel}=10^{-4}$ $k=3$	宁波市公正计量行	2022.04.20	√
检验部	数字轮胎压力表	NBSL3006	(0-7) bar	$U_{rel}=1.0\%$ $k=2$	精密压力表: 0.25 级	宁波市计量测试研究院	2022.06.01	√
检验部	转速表	L6470002	HT-5500	$U_{rel}=0.1\%$ $k=2$	多功能校准源 (转速): $U_{rel}=1 \times 10^{-4}$ $k=3$	中测测试科技 (杭州) 有限公司	2022.06.16	√
检验部	电子秒表	Y210009526	SJ9-2 II	$U=0.01\text{s}$ $k=2$	秒表检定仪: $\pm$ ($T_0 \times 1 \times 10^{-8} + 3\text{ms}$)	中测测试科技 (杭州) 有限公司	2022.01.06	√
检验部	测功机	1904170	CX-8468 A	$U=0.2\text{N.m}$ $k=2$	砝码: F_2 等级	宁波市计量测试研究院	2022.04.18	√

审核综合意见:

检验中心已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，检验中心未建立最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。测量设备全部委托宁波市计量测试研究院、中国赛宝实验室计量检测中心、中测测试科技 (杭州) 有限公司、宁波市公正计量行等进行检定/校准，检定/校准证书由综合部保存。根据抽查情况，该检验中心的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 09 月 19 日上午 ~ 2022 年 09 月 20 日下午

审核员签字:

刘文冲

部门代表签字:

陈帅