



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 0643-2022

不符合项报告

企业名称:	国家智能制造装备产品质量监督检验中心(浙江)	不符合报告编号:	01
受审核部门:	检验部	陪同人员:	陈帅
不符合事实描述: 查编号为 NASC6008 的数显半径规测试设备校准证书, 证书编号为 CL122220418004, 校准日期为 2022 年 04 月 18 日。检验中心未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则” 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 刘文印 陪同人员(签名) 陈帅 企业部门代表(签名) 方栋梁 日期: 2022 年 09 月 20 日			
纠正措施: 立即将编号为 NASC6008 的数显半径规进行计量确认验证。举一反三查找类似问题, 一并改正。 企业部门代表签名: 审核员签名: 刘文印			
纠正措施完成情况: 全部整改合格。 审核组代表签名: 日期: 2022 年 9 月 20 日			

可另附页