



编号: 0642-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	浙江中锐重工科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	经纬仪	6616460	DE-2A	$U=0.5''$ $k=2$	水准仪经纬仪综合检测仪: 水平方向 $0.1''$ (稳定性) 竖直角 $0.2''$ (稳定性)	广东中准检测有限公司	2022.04.27	√
品管部	外径千分尺	QFC-150-01	(150~175)mm/0.01mm	$U=1.8\mu\text{m}$ $k=2$	量块: 4 等	苏州朗博校准检测有限公司	2022.03.29	√
生产部	压力表	ZR-YLB-02	(0~1.6)MPa	$U=0.5\%FS$ $k=2$	精密压力表: 0.4 级	苏州朗博校准检测有限公司	2022.09.01	√
生产部	测温枪	ZR-DM-5003	DM-5003	$U=2.0^{\circ}\text{C}$ $k=2$	标准铂电阻温度计: 二等	苏州朗博校准检测有限公司	2022.04.27	√
品管部	外径千分尺	QFC-125-01	(125~150)mm/0.01mm	$U=1.8\mu\text{m}$ $k=2$	量块: 4 等	苏州朗博校准检测有限公司	2022.03.29	√
审核综合意见: 企业已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，未建立最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。测量设备全部委托苏州朗博校准检测有限公司、广东中准检测有限公司等进行检定/校准，检定/校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该企业测量设备的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 9 月 21 日 上午至 2022 年 9 月 22 日上午								
审核员签字: 赵燕明 部门代表签字: 李斗端								