



编号: 0937-2021-AA-2022

不符合项报告

企业名称:	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 工程勘察院 陪同人员: 方博伟			
不符合事实描述: 在工程勘察院审核时, 发现编号为 813965 的型号 JY202T 电子天平检定日期 2021 年 9 月 24 日, 有效期 2022 年 9 月 23 日, 已超过有效期。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 7.3.2 条 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√; 审核员(签名) 郭小强 陪同人员(签名) 方博伟 企业部门代表(签名) 王伟镇 日期: 2022 年 09 月 27 日			
纠正措施: 1. 立即对编号 813965 的电子天平送有资质的第三方检定。 2. 举一反三, 对测量设备进行全面检查, 确保测量设备在有效期内使用。 企业部门代表签名: 王伟镇 审核员签名: 郭小强			
纠正措施完成情况: 经验证纠正措施有效, 同意关闭 郭小强 2022.9.30 审核组代表签名: 日期:			

可另附页