



测量设备溯源抽查表

编号: 1026-2021-2022

企业名称	江苏盛华电气有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	指针式直流电流表	214.49	D26/1-A	直流电流 $U_{rel}=0.15\%$, 交流 电流 $U_{rel}=0.19\%$ $k=2$	多功能校准系统, 设备 编号 TS-SB-19532	深圳天溯计 量检测股份 有限公司	2021.10.2 9	√
试验部	绝缘油介质自动测试仪	20071203	HCI-990 5B	电 压: $U_{rel}=2.4\%$, $k=2$	数字电压表, 设备编 号 TS-SB-05123 交直流分压器, 设备 编号 TS-SB-04988	深圳天溯计 量检测股份 有限公司	2021.10.2 9	√
试验部	变压器变比测量仪	SH20100 102	JYT-A	变 比: $U_{rel}=0.026\%$, $k=2$	三相标准电压互感 器, 设备编号 TS-SB-11489 变压比电桥检定仪 设备编号 TS-SB-06794	深圳天溯计 量检测股份 有限公司	2021.10.2 9	√
试验部	局部放电检测仪	5102415	XD-510 2Y	电量: $U_{rel}=1.4\%$, 电压: $U_{rel}=0.5\%$, 电容: $U_{rel}=0.1\%$, 频率: $U_{rel}=0.2\%$, $k=2$	函数信号发生器, 频 率 $U_{rel}=1.0 \times 10^{-7}$, $k=2$, LCR 测量仪电 压: $U_{rel}=0.2\%$, 电 容: $U_{rel}=0.06\%$, $k=2$	深圳市计量 质量检测研 究院	2021.11.1 8	√
试验部	温湿度计	SH006	TOPRI E	温度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ 湿度: 1.8RH $k=2$	声校准器, 设备编号 TS-SB-07317	中国航发南 方工业有限 公司计量实 验室	2022.9.3	√
试验部	精密电流互感器	20101101	HL28-1 0Y10/1	比值差: $U_{rel}=0.1\%$; 相位差 $U=4'$, $k=2$	标准电流互感器, 设 备编号 TS-SB-06798	深圳天溯计 量检测股份 有限公司	2021.10.2 9	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院、中国航发南方工业有限公司计量实验室等进行检定/校准, 校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 8 日

审核员签字:

刘明

部门代表签字:

刘明

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

