

仪器设备期间核查记录单

HHGJ69A

仪器设备名称	红外碳硫仪	型号规格	CS844ES
本厂编号	29CA350017	允许偏差	C:RSD≤1.0% S:RSD≤4.0%
标准物质	GBW01357	操作者	✍️
上次计量校准/ 检定日期	2021.10.09	核查日期	2022.4.8
运行情况记录			
核查方法及依据： 按宝武特冶科技质量部检测中心 HHJW-SH-N013-2021CS844ES 碳硫分析仪作业指导书要求。			
核查结果： 允许偏差：C:RSD≤1.0% S:RSD≤4.0% 原始记录见附件。			
核查结果判定： ☒ 符合 ☐ 不符合			
审核人：✍️		日期：2022.4.8	
备注：			

