



测量设备溯源抽查表

编号: 0104-2019-2022

企业名称 宝武特种冶金有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
特冶厂	电子熔炉秤	26FW13002	10t/1kg	三级	100mg-2kg 1000kg	上海五钢设备工程有限公司	21.12.23	√
特冶厂	电子熔炉秤	26FW13002	8t/100g	三级	100mg-2kg 1000kg	上海五钢设备工程有限公司	21.10.22	√
特冶厂	可燃气体报警器	27CA470004	M-100	±3%	标准气体 3.00X10-2mol/ mol U=1.0% K=2	上海市计量院	21.11.23	√
特冶厂	电子电位差计	26FF620100	0-100%	±0.5%	多功能校验仪 (0~60) mV, (0~20) mA, (0~5) V/0.01 级	上海五钢设备工程有限公司	22.6.8	√
特冶厂	电子台秤	26FW040003	10t/2kg	三级	20kg、1000kg	上海五钢设备工程有限公司	22.5.4	√
特冶厂	固定式氧气监测仪	27CA370104	0-26%	±3%	标准气体 17X10-2mol/ mol、 24.02X10-2mol/mol	上海博尼计量测试有限公司	22.2.21	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 抽查设备溯源证书齐全, 溯源有效。公司测量设备的校准符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 13 日

审核员签字:

张红华

部门代表签字:

何任群

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



扫描全能王 创建