



测量设备溯源抽查表

编号: 0104-2019-2022

企业名称	宝武特种冶金有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
装备保障部	电子汽车衡	37FW360001	SCS-100	(T ₁) 3A	砝码 112个 1000kg M12	上海市计量质量检测所	2022.6.17	√
装备保障部	电子汽车衡	37FW360003	SCS-50	(T ₁) 3A	砝码 112个 1000kg M12	"	2022.6.17	√
科技质量部	红外测速仪	CS844ES	29CA35017	(0.001~6.00%) RSD≤1%	标准C: 0.09% 1.19% .005868 校准系统	上海市计量检测所	2022.6.23	√
科技质量部	洛氏硬度计	29FH2/0010	RB2000R366	(10~70)HRC ±1.5HRC	标准 25.9HRC ±0.3HRC 0.5.5HRC. 62.2HRC	上海博尼计量测试有限公司	2022.6.22	√
科技质量部	电子天平	29FM440006	BP121S	31g 120g/0.1mg	砝码 1kg~ 500g . F1	"	2022.3.9	√
科技质量部	电子游标卡尺	A17170334	(0~200)mm	(0~200)mm ±(0.02~0.03)mm	量块 五等 (10~29.8)mm	上海五洲仪器设备有限公司	2022.7.8	√
科技质量部	低周疲劳试验机	1067166	370.10	±100kN±1%	标准测力计 (10~100)kN	上海市质量监督检验技术研究院	2022.3.10	√
科技质量部	气密性测试仪	0193040	M-1000	(0~25)Pa±3%	标准气源 17×10 ⁻² m ³ /min 24×10 ⁻² m ³ /min	上海博尼计量测试有限公司	2022.7.19	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由装备保障部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托上海博尼计量测试有限公司、上海市宝山区计量质量检测所等机构检定/校准, 校准/检定证书由各部门保存, 装备保障部负责将原件上传到设备信息系统。供使用方查阅。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 13 日~10 月 14 日

审核员签字: 邱振英

部门代表签字:

何任峰

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

