



编号: 1097-2022

不符合项报告

企业名称:	南通通达矽钢冲压科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 王小冬	
不符合事实描述: 检查质管部的检测中心现场在用的光谱仪的标准控样、布洛维硬度计的标准硬度块未列入《测量设备台帐》统一管理, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____√; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>王小冬</u> 企业部门代表(签名) <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 11. 02			
纠正措施: ①把光谱仪的标准控样、布洛维硬度计的标准硬度块列入《测量设备台帐》统一管理。 ②举一反三, 横向排查现场所有使用测量设备、机械样后统一纳入《测量设备台帐》统一管理。 企业部门代表签名: <u>吴孝平</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 11. 02			

可另附页

