



测量设备溯源抽查表

编号: 0165-2018-2022

企业名称 济源市石油机械有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
质管部	游标卡尺	20052473	(0-150) mm/0.02 mm	MPE:±0.03 mm U=0.02, k=2	量块:2级 数显千分尺: ±2μm	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.02.25	√
质管部	直读光谱仪	192689-CC D-6000	SparkCC D 6000	U=0.001%, k=2	不锈钢光谱分析标准物质: Urel=(0.002~0.04)%	江苏世通仪器检测服务有限公司	202202.25	√
质管部	摆锤冲击试验机	9987	JBW-300 B	Urel=1.6%, k=2	数显尺: U=0.01mm 标准测力仪: 0.1级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.02.25	√
质管部	粗糙度仪	C06	TR200	Urel=7.0%, k=2	标准多刻线样板: Urel=6.0%, k=2	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.02.25	√
质管部	电液伺服万能试验机	10011	WAW-20 00E	1级	标准测力仪: 0.3级	济源市质量技术监督检验测试中心	2022.07.27	√
质管部	数显洛氏硬度计	0068	200HRS-150	U=0.8HR k=2	标准洛氏硬度块组: 均匀度: (0.2~0.7) HR	广东中准检测有限公司	2022.02.25	√
生产部	千分表	9100537	(0-1) mm	U=3.2μm, k=2	光栅式指示表检定仪: U=1.6μm	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.02.25	√
生产部	钢直尺	201107150 1	300mm	U=0.04mm, k=2	标准金属线纹尺: 三等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.02.25	√
生产部	百分表	7114782	(0-10) mm	U=6.8μm, k=2	光栅式指示表检定仪: U=1.6μm,	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.02.25	√
生产部	抗震压力表	Hx6962213 101	(0-1.6) MPa	1.6级	精密压力表标准装置:	济源市质量技术监督	2022.07.27	√



					(-0.1-60)MPa, 0.05 级	督检验测 试中心		
<p>审核综合意见:</p> <p>公司未建最高计量标准, 测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托“济源市质量技术监督检验测试中心(计量检定机构授权证书号: 豫法计(2018)410002 号)”、“广东中准检测有限公司(机构注册号: CNAS L0239)”、“江苏世通仪器检测服务有限公司(机构注册号: CNAS L6634)”、等机构检定/校准, 校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2022 年 11 月 25 日上午至 2022 年 11 月 26 日上午</p>								
<p>审核员签字: </p>			<p>部门代表签字: </p>					