



编号: 1050-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	上海清河机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技品部		陪同人员: 吴文泰	
不符合事实描述: 检查技品部的《测量设备台帐》, 有部分测量设备的主要计量特性“准确度等级或最大允许误差”未填写完整, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 吴志平 陪同人员(签名) 吴文泰 企业部门代表(签名) 吴文泰 日期: 2022. 10. 25			
纠正措施: 安排计量员完善测量设备台帐。 企业部门代表签名: 吴文泰 审核员签名: 吴志平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴志平 日期: 2022. 10. 25			

可另附页

