



测量设备溯源抽查表

编号: 0159-2019-2022

企业名称	天津晨天自动化设备工程有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	声级计	01584727	AR854	$U=0.4\text{dB}-0.6\text{dB};k=2$	电声标准装置频率计权 $U=0.4\text{dB}-1.0\text{dB};k=2$	苏州捷准计量技术有限公司	2022.01.25	√
生产车间	接地电阻测试仪	68151	MS2520C AN	$U_{rel}=1.5\%$ $k=2$	标准电阻器:0.01 级	天津准衡计量技术服务有限公司	2022.01.21	√
生产车间	耐压测试仪	04319	CC2672D -A	5.0 级	耐电压测试仪检定装置 V:MPE:±0.5%;I:MPE:±0.5%;T:MPE:±0.5%;	天津准衡计量技术服务有限公司	2022.01.21	√
生产车间	绝缘电阻表	17088360	ZC25B-4 B	10.0 级	兆欧表检定装置 R:±0.2%~±0.5%;V:±1.0%	天津准衡计量技术服务有限公司	2022.01.21	√
生产车间	压力表	Z1712016728	(0-1.6) MPa	1.6 级	活塞压力计 0.05 级	天津准衡计量技术服务有限公司	2022.08.30	√
生产车间	游标卡尺	58804	(0-150) mm	±0.02mm	量块 5 等	天津准衡计量技术服务有限公司	2022.01.21	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 企业已制定《计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《测量设备溯源管理控制程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。企业测量设备分别委托天津准衡计量技术服务有限公司、苏州捷准计量技术有限公司检定/校准, 校准/检定证书由技术部保存。该企业的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 10 月 17 日~ 10 月 18 日 上午 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。