



编号: 0159-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	天津晨天自动化设备工程有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 胡芸芸	
不符合事实描述: 正在使用的水平尺, 编号: B7012; 型号: 600mm。没有进行计量确认。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 计量确认总则</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>胡芸芸</u> 企业部门代表(签名) <u>孙白跃</u> 日期: 2022. 10. 18			
纠正措施: 1 对编号: B7012; 型号 600mm, 停止使用, 计量确认合格后再投入使用。 2 对其它测量设备进行核查。杜绝类似问题发生。以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。 3 组织对相关人员进行标准条款培训。 企业部门代表签名: <u>孙白跃</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022. 10. 18			