



编号: 1102-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏欧仕达润滑油有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 左一书	
不符合事实描述: 检查质检部检测室现场使用由常熟市双杰测试仪器厂制造的, 编号 131014040357 的 T1000Y 型, 0-1000g, 分度值 0.1g 的电子天平未列入《测量设备台帐》管理。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>左一书</u> 陪同人员(签名) <u>左一书</u> 企业部门代表(签名) <u>余月虎</u> 日期: 2022.10.19			
纠正措施: 立即将上述电子天平列入测量设备台帐管理 并同一安排送检溯源, 举一反三检查现场在用的测量 设备, 有类似的情况并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>余月虎</u> 审核员签名: <u>左一书</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022.10.19 可另附页			

