



编号: 0661-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 盐城市弘通石油机械有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 质检部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 陪同人员: 田径 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>质检部(光谱室)配备的 HTC-2A, 编号 HT-J200655 的温湿度计, 有效期至 2022 年 06 月 02 日, 未持续送检溯源, 不符合要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款。</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>任冬冬</u> 陪同人员(签名) <u>田径</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>胡行秀</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022. 10. 15</p> |               |          |    |
| <p>纠正措施:</p> <p><u>由于人员数量限制溯源, 组织人员立刻送检溯源。</u><br/><u>同时举一反三检查现场在用的测量设备有无类似情况, 并采取纠正措施。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>胡行秀</u> 审核员签名: <u>任冬冬</u></p>                                                                                                                                                                                  |               |          |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>纠正措施已落实, 验证有效。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 10. 15</p>                                                                                                                                                                                                          |               |          |    |

可另附页

