

测量过程有效性确认表

编号: ZG2022-2

测量过程名称	米料硬度测量过程	测量过程编号	ZG-10		
使用部门/地点	综合质管部/检验车间	控制程度	☒ 高度 ☐ 一般		
被测量	米料硬度	管控要求	米料检验标准		
测量设备	名称	洛氏硬度计			
	编号	0300			
	计量确认状态	合格			
测量过程有效性确认					
确认内容	测量过程的计量要求	测量过程实际控制情况			
测量程序	米料检验标准	文件受控			
测量软件	无	无			
测量环境	常温常湿	常温常湿			
测量人员	熟练操作。	检验员: <u>蓝宇星</u> (经培训上岗, 符合要求)			
测量不确定度	$U=0.83\text{HRC}(k=2)$	$U=0.53\text{HRC}(k=2)$			
测量过程监视记录					
核查标准	标准样品				
监视过程简述	每月利用试样做为标准, 进行测量过程核查, 并绘制控制图, 根据控制图判断测量过程是否失控。				
结论	☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格				
确认/日期: 蓝宇星/2022-8		审核/日期: <u>蓝宇星</u> 3/8-2022			