



测量设备溯源抽查表

编号: 0118-2018-2022

企业名称	山东独厚管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	测厚仪	DH-08	(0-20)m m	±0.009mm U=2 μ m k=2	量块 3 等	安正计量检测有限公司	2022.9.6	√
生产部	π 尺	DH-07	(600-900) mm	±0.06mm U=0.06mm k=2	标准钢卷尺 ±(0.03+0.03L) mm	安正计量检测有限公司	2022.9.6	√
质检部	游标卡尺	AN521	(0-150) mm	±0.03mm U=0.01m k=2	量块 1 级	安正计量检测有限公司	2022.9.6	√
质检部	拉力试验机	201808	(0~ 20) kN	±1.0% U _{rel} =0.4% k=2	标准测力仪 0.3 级	安正计量检测有限公司	2022.9.6	√
质检部	静液压试验机	DH-04	(0~ 20) MPa	±0.1MPa U=0.4%FS k=2	数字压力校验仪 ±0.5%F.S	安正计量检测有限公司	2022.9.6	√
质检部	温湿度计	DH-06	/	温度: ±2.0°C U=0.4°C k=2 湿度: ±7.0%RH U=2.0%RH k=2	温湿度检定箱: 温度均匀性: 0.11°C 温度波动度: ±0.2°C 湿度均匀度: 0.21%RH; 湿度波动度: 0.09%RH	安正计量检测有限公司	2022.9.6	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源, 测量设备全部委托安正计量检测有限公司进行检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 14 日上午~ 2022 年 10 月 14 日下午

审核员签字: 韩永师

部门代表签字: 王园文