



测量设备溯源抽查表

编号: 0117-2018-2022

企业名称	山东百世通塑胶制品有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子天平	558250	HZ203A	$\pm 0.3g$ $U=0.2g$ $k=2$	砝码 F1 等级	湖南航测检测技术服务有限公司	2022.7.1	√
生产部	精密π尺	20191124	Φ (50-300)mm	$\pm 0.05mm$ $U=0.06mm$ $k=2$	标准钢卷尺 $U=(0.5 \mu m + 5 \times 10^{-7}L)mm, k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2022.7.1	√
生产部	游标卡尺	20181012	(0-150)mm	$\pm 0.03mm$ $U=0.02mm$ $k=2$	量块 3 等	湖南航测检测技术服务有限公司	2022.7.1	√
生产部	电子万能试验机	20200523	WDW-20	$\pm 1.0\%$ $U_{rel}=0.4\%$ $k=2$	标准测力装置 0.3 级	湖南航测检测技术服务有限公司	2022.7.1	√
生产部	管材静液压爆破试验机	201707	GY-10-3	$\pm 0.04MPa$ $U=0.05\%FS$ $k=2$	数字压力校验仪 $\pm 0.5\%F.S$	湖南航测检测技术服务有限公司	2022.7.1	√
生产部	烘箱	2020052205	TC-300	温度: $U=0.4^{\circ}C$ $k=2$	温湿度巡检仪: $U=0.02^{\circ}C$ $k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2022.7.1	√
生产部	压力表	21043232	(0-1.6) MPa	$\pm 0.04 MPa$ $U=0.05\%FS$ $k=2$	精密压力表 0.4 级	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.23	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由生产部负责溯源, 测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司、广东精衡检测科技有限公司进行检定/校准, 检定/校准证书由生产部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 15 日 上午至 2022 年 10 月 15 日下午

审核员签字:

韩永华

部门代表签字:

邵永波