



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07版)

编号: 1113-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称: 上海冠龙阀门控制系统股份有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	温湿度计	BW0105K	✓	(15~30)°C ± 2°C (40~80)% ± 7%	(-30~400)°C V=0.009°C (30~95)% RH=1A	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.9.11	✓
质量部	表面粗糙度比较样块	LF0101	Ra(0.0125~6.3)μm(28)	Ra(0.0125~6.3)μm(28) (12.5~17.5)	Ra(0.001~0.025)μm V=5.0 μm K=2	"	2022.6.8	✓
质量部	铅笔硬度计	GL0403	QH-A	(0~1000)g ± 10g	(0~2200)g IIA	"	2022.1.7	✓
质量部	绝缘电阻表	ZK0104/15028198	ZC5B-3	(1~100)MΩ 10A	0.2~2000MΩ 0.2A	"	2022.6.8	✓
工程部/钳工技术	压力表	20-0141146	Y-100	(0~1.6)MPa 1.6A	(-0.1~60)MPa 0.4A	嘉定区计量质量检测所 检测/校准	2022.8.2	✓
工程部/钳工技术	游标卡尺	LS5374	(0~300)mm	(0~300)mm	(10~291.8)mm 5等	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.9.11	✓
工程部/钳工技术	游标卡尺	LS5511	(0~1000)mm	(0~1000)mm	(10~1000)mm 5等	"	2022.9.11	✓
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认过程控制程序》、《供方管理控制程序》、《监视和测量资源控制管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托上海希贝计量校准技术有限公司、嘉定区计量质量检测所等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022年10月15日~10月16日 审核员签字: 邱振英 部门代表签字: 张燕								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。