



编号: 1109-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏金科环境工程科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 张姗姗	
不符合事实描述: 检查生技部(滤筒车间), 现场在用的一台 TGT-500A 型的电子台秤, 未列入《测量设备台帐》统一管控, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 吴惠平 陪同人员(签名) 张姗姗 企业部门代表(签名) 郭锦和 日期: 2022.10.27			
纠正措施: 1. 将以前未列入的台秤列入测量设备台帐管理。 2. 联系相关部门现场检定校准。 3. 举一反三, 现场有无类似问题, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: 郭锦和 审核员签名: 吴惠平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴惠平 日期: 2022.10.27			

可另附页

