



测量设备溯源抽查表

编号: 0172-2020-2022

企业名称	上海净卓环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测技术部	电子天平	201903017GJ	ME204, 220g/0.1mg	$\pm 0.0005\text{g}$	砝码, E_2	上海市质量监督检验技术研究院	2022.3.25	√
检测技术部	温湿度计	202103003J	TH-21E	温度: $U=0.3, k=2$ 。 湿度: $U=1.5\%, k=2$	二等铂电阻温度计。二等。高精度冷镜式露点仪 $\pm 0.1^\circ\text{C}$, $\pm 0.2^\circ\text{C DP}$	上海市质量监督检验技术研究院	2022.2.23	√
检测技术部	容量瓶	201903185	25mL	$U=0.02\text{mL}, k=2$	标准水银温度计 $\pm 0.15^\circ\text{C}$ 秒表 $\pm 0.5\text{s}$ 电子天平 I 级	上海市质量监督检验技术研究院	2022.9.21	√
检测技术部	双路大气采样器	202006002	TQ-1000	$U_{\text{rel}}=1.3\%, k=2$	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 $\pm 1\%$	上海市质量监督检验技术研究院	2022.8.24	√
检测技术部	压力表	20-7064	(0-0.4) MPa	1.6 级	0.05 级数字压力计标准装置 0.05 级	上海市质量监督检验技术研究院	2022.7.19	√
检测技术部	热式风速仪	202107008GJ	425	/	数字微压计 $U=0.016\%\text{FS}, k=2$ 。 皮托静压管 $\pm 0.3\%$ 标准热线风速仪 $U=0.02\text{m/s}, k=2$	上海市计量测试技术研究院	2022.7.29	√



审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 公司测量设备全部委托上海市质量监督检验技术研究院、上海市计量测试技术研究院进行检定/校准, 经查 6 份测量设备检定/校准证书, 根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 14 日~ 10 月 15 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。