



测量设备溯源抽查表

编号: 0755-2021-2022

企业名称	佛山市华博润材料科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	耐震压力表	2349	Y-100(0~2.5) MPa	1.6 级	标准活塞式压力计: 0.05 级	佛山市质量计量监督检测中心	2022 年 7 月 28 日	√
生产部	水份测试仪	20180305	KL-DHS-50	±0.025g	砝码: F1 等级 氯化钠纯度标准物质: $U=0.02\%$ ($k=2$)	广州高铁计量检测股份有限公司	2021 年 7 月 14 日	√
品管部	A 型邵氏硬度计	06338	GS-706N	$U=0.2HA$, $k=2$	数字式邵氏硬度计检定装置: 力值: $U_{rel}=0.12\%$, 量块: $U=1.4 \mu m$ ($k=2$)	广州高铁计量检测股份有限公司	2021 年 7 月 14 日	√
品管部	耐磨耗试验机	20171210	KL-DIN	旋转速度: $U=0.3r/min$ ($k=2$) 行程: $U=0.02mm$ ($k=2$) 垂直作用力: $U=0.1N$ ($k=2$)	数显卡尺: $U=0.01mm$ ($k=2$) 数显推拉力计: $U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$) 电子秒表: $U=0.018s$ ($k=2$)	广州高铁计量检测股份有限公司	2021 年 7 月 14 日	√
品管部	万能材料试验机	38176	KL-WL-10S	0.5 级	拉力传感器 (证书号:NH130072544)	深圳市汇科计量检测技术有限公司	2022 年 1 月 12 日	√
品管部	旋转粘度计	180712	NDJ-8S	$U_{rel}=2.5\%$, $k=2$	粘度液/甲基硅油 (证书号: WFG20200516)	深圳市汇科计量检测技术有限公司	2022 年 1 月 12 日	√
品管部	电子天平	28994600	BSA224S	II 级	砝码: E ₂ 级	广州高铁计量检测股份有限公司	2021 年 7 月 14 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》,《测量设备管理程序》,《溯源性管理程序》对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备委托广州高铁计量检测股份有限公司、深圳市汇科计量检测技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心检定/校准,检定/校准证书由品管部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期：2022 年 10 月 14 日

审核员签字：

秦弘力

部门代表签字：

叶爱华

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。