


测量过程核查记录


表格编号：

测量过程名称：	产品硬度测量过程			核查标准：		标准硬度块			备注：单位为HA			
测量参数：	硬度			核查周期：		1月						
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\bar{X}$)	标准偏差 (s)
2022年1月	50.5	50.3	50.3	50.3	50.2	50.4	50.2	50.3	50.3	50.1	50.286	0.1101
2022年2月	50.1	50.2	50.2	50.0	50.4	50.1	50.2	50.2	50.5	50.4	50.216	0.1597
2022年3月	50.4	50.4	50.1	50.5	50.4	50.2	50.4	50.1	50.4	50.1	50.304	0.1564
2022年4月	50.0	50.3	50.3	50.1	50.2	50.4	50.2	50.4	50.2	50.3	50.242	0.1215
2022年5月	50.1	50.4	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.4	50.3	50.0	50.227	0.1073
2022年6月	50.5	50.3	50.5	50.5	50.0	50.1	50.4	50.3	50.3	50.4	50.316	0.1636
2022年7月	50.0	50.0	50.2	50.5	50.5	50.1	50.4	50.1	50.3	50.4	50.244	0.1887
2022年8月	50.3	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.3	50.1	50.4	50.261	0.1462
2022年9月	50.3	50.4	50.3	50.5	50.5	50.3	50.1	50.2	50.2	50.3	50.318	0.1157

$\bar{X}$ - s图



s图



编制：阮家明 2022/9/25

审核：叶爱华 2022/9/25

