



编号: 0667-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√/不符合打×
计量质检部	电子汽车衡	Q01513-6JP	SCS-150	III级	砝码: M1 等级	连云港市赣榆区综合检验检测中心	2022-8-25	√
计量质检部	电导率仪	R2214030064	DDS-11A	2.0 级	电导率仪检定装置: 标准物质: $U_{rel}=0.25\%(k=2)$ 标准器: $U=3\times 10^{-4}(k=2)$	连云港市计量检定测试中心	2022-3-3	√
计量质检部	微机控制电液伺服万能试验机	31206006	SHT4605/(0~600)kN	$\pm 1\%$ $U_{rel}=0.46\%$ ($k=2$)	测力仪标准装置: 0.3 级	连云港市计量检定测试中心	2022-3-3	√
计量质检部	金属拉伸试样标距仪	14-333	YD-400	$U=0.07\text{mm}$ ($k=2$)	数显卡尺: (0-200)mm MPE: $\pm 0.03\text{mm}$ (0-300)mm MPE: $\pm 0.04\text{mm}$	连云港市计量检定测试中心	2022-3-3	√
计量质检部	电子天平	B647347823	LE84E/02	I 级	砝码: E ₂ 等级	连云港市计量检定测试中心	2022-3-3	√
线材厂	工作用贵金属热电偶	201709	WRP-331	II 级	标准铂铑-铂热电偶: 一等	连云港市计量检定测试中心	2022-9-2	√
炼铁厂	膜盒电接点压力表	F050502	(0~40)kPa	2.5 级	压力表检定装置: (-0.1~60)MPa, 0.05 级	平度市检验检测中心	2022-5-16	√
计量质检部	酸度计	600408N00151120971	pHS-3C	0.01 级	酸度计检定装置: pH 标准物质: $U=0.01\text{pH}(k=3)$ pH/离子计检定仪: 0.0006 级	连云港市计量检定测试中心	2022-3-3	√
安全环保部	压力表	HY705521957474	YN-150B	1.6 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	重庆市计量质量检测研究院	2022-5-30	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司共建立了四项企业计量标准（二等铂电阻温度计标准装置、压力表检定装置、廉金属热电偶校准装置、压力变送器检定装置），测量设备由计量质检部和设备工程部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托连云港市计量检定测试中心、连云港市赣榆区综合检验检测中心、平度市检验检测中心、苏州朗博校准检测技术有限公司、苏州华迪优品校准检测有限公司、重庆市计量质量检测研究院进行检定校准，检定校准证书由计量质检部、设备工程部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 24 日上午~2022 年 10 月 26 日 下午

审核员签字:

汪宁艺

部门代表签字:

王伟