



编号: 0668-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏宜尔杉集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
质检部	绝缘电阻表	03111681	ZC25-3	DCV: $U_{rel}=0.6\%,k=2$ IR: $U_{rel}=1.3\%,k=2$	可调式高阻箱: $MPE:\pm(0.2\%\sim 5\%)$ 数字高压表: $ACV:U_{rel}=0.15\%,k=2$ $DCV:U_{rel}=0.15\%,k=2$	深圳华星计量检测技术有限公司	2022-09-08	√
质检部	电导率仪	610521N0022040174	DDS-307	$U_{rel}=0.3\%,k=2$	氯化钾电导率溶液标准物质: $U_{rel}=0.25\%,k=2$	深圳华星计量检测技术有限公司	2022-09-26	√
质检部	电子天平	015912	YP10002	$\pm 0.5g$ $U=0.03g,k=2$	砝码: F ₁ 等级	深圳华星计量检测技术有限公司	2022-09-08	√
生产部	纤维卷尺	YRS-013	1.5m	$U=0.1mm+2\times 10^{-5}L,k=2$	钢卷尺: $U=0.3mm,k=2$	深圳华星计量检测技术有限公司	2022-09-08	√
生产部	压力表	HY65888	(0-1) MPa	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	连云港市计量检定测试中心	2022-08-10	√
生产部	钢直尺	YRS-014	(0-500) mm	$U=0.05mm+3\times 10^{-5}L,k=2$	三等标准金属线纹尺: $U=8\mu m,k=2$	深圳华星计量检测技术有限公司	2022-09-08	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责量值溯源。公司测量设备全部委托连云港市计量检定测试中心、深圳华星计量检测技术有限公司进行检定校准，证书由行政办公室保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 27 日上午~10 月 28 日上午

审核员签字: 汪志芳

部门代表签字: 张华新