



编号: 0668-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏宜尔杉集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检部		陪同人员: 徐 宁	
不符合事实描述: 查: 编号为 YES-054 的计米器, 已于 2022 年 7 月 27 日由深圳华星计量检测技术有限公司校准, 但未在测量设备总台帐中更新证书的相关信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√____; 审核员(签名) <u>汪宁艺</u> 陪同人员(签名) <u>徐宁</u> 企业部门代表(签名) <u>陆皓</u> 日期: 2022 年 10 月 28 日			
纠正措施: <u>立刻对 YES-054 的计米器台帐信息进行更新, 并举一反三, 进行整改。</u> 企业部门代表签名: <u>陆皓</u> 审核员签名: <u>汪宁艺</u>			
纠正措施完成情况: <u>针对制定的纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 10 月 28 日			

可另附页