



测量设备溯源抽查表

编号: 1003-2021-2022

企业名称 芜湖金牛电气股份有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品保部	外径千分尺	JN-QF C-02	(0~25)mm	MPE:±4μm U=1μm, (k=2)	量块: U=0.2μm+2×10 ⁻⁶ Ln(k=2) 杠杆千分表: U=1.2μm(k=2)	深圳精宇航检测技术有限公司	2022.07.19.	√
品保部	多通道数字式局部放电综合分析仪	1804X Y702	TWPD-2 H	±10%	多功能术校验仪: U _{rel} =0.025% (k=2)	深圳市计量质量检测研究院	2022.07.19	√
生产设备部	丙烷压力表	19120 7709	(0~0.16) MPa	U _{rel} =0.5% (k=2)	活塞式压力计: 0.05 级	深圳精宇航检测技术有限公司	2022.07.19	√
品保部	绝缘电阻测试仪	0907	ZC25B-4	电压: U _{rel} =1.0% (k=2) 电阻: U _{rel} =3.0% (k=2)	数字多用表: DCV:U=0.002% (k=2) DCA:U=0.005% (k=2) ACV:U=0.01% (k=2) ACA:U=0.02% (k=2) R:U=0.003% (k=2)	深圳精宇航检测技术有限公司	2022.07.19	√
品保部	绝缘油介及电阻率自动测定仪	A-010	ZHJ3100	电压: U _{rel} =0.12% (k=2) 电容: U _{rel} =2.20% (k=2) 电阻: U _{rel} =1.00% (k=2)	绝缘电阻检定装置: U _{rel} =1.2% (k=2)	深圳市计量质量检测研究院	2022. 07.19	√
品保部	声级计	SJJ-01	TES 1350A	U _{rel} =2.0% (k=2)	标准音源: 2 级	深圳市计量质量检测研究院	2022.07.19	√
生产设备部	压力表	YJ072 0030	(0~1.6)M Pa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.4 级	南陵县市场监督检验所	2022.4. 26	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品保部负责溯源。测量设备外部委托深圳市计量质量检测研究院、深圳精宇航检测技术有限公司、南陵县市场监督检验所等 3 家机构检定/校准, 检定/校准证书由品保部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 20 日下午-10 月 21 日上午

审核员签字:

刘东胜

部门代表签字:

王莹珂